

## EU-Konformitätserklärung

### für ein Medizinprodukt der Klasse I

Die Firma:

**Franz Mensch GmbH**  
**Werner-von-Siemens-Str. 2**  
**86807 Buchloe**  
**Deutschland**

**SRN:** DE-MF-000021137

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt der Klasse I nach Anhang VIII der Verordnung EU 2017/745

<b>Art.-Nr.</b>	277718
<b>Bezeichnung</b>	Kittel Light mit Klettverschluss   PP, PE teil-laminiert
<b>Marke</b>	Hygonorm
<b>Material</b>	PP
<b>Variante</b>	Farbe: gelb Größe: XL Länge: 135cm Umfang: 145cm

**Basis – UDI** 40155440235HC

**Zweckbestimmung** Fremdschutz (Schutz vor Keimverschleppung) im Kranken- und Pflegebereich

gemäß dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang II und III der Verordnung EU 2017/745 allen Anforderungen der Verordnung EU 2017/745 und ihren Anhängen entspricht.

Darüber hinaus erfolgen Herstellung und Freigabe der Produkte gemäß den in der zugehörigen technischen Dokumentation definierten Spezifikationen, angewandten Normen und normativen Dokumenten. Das Medizinprodukt trägt die CE-Konformitätskennzeichnung.

**Das Material erfüllt zusätzlich die Anforderungen der folgenden Norm: EN 14126:2003**

**Dabei wurden folgende Leistungsstufen erreicht:**

**EN ISO 16603/ EN ISO 16604: Klasse 4**

**EN ISO 22610: Klasse 6**

**EN ISO 22611: Klasse 3**

**EN ISO 22612: Klasse 3**

Diese Konformitätserklärung ist so lange gültig, bis durch die Änderung des Medizinproduktes eine neue


Stand 13.02.2024

Seite 1/2

Konformitätserklärung ausgestellt wird.

Unterzeichnet für und im Namen der Franz Mensch GmbH,

Buchloe, den 13.02.2024



Achim Theiler  
Geschäftsführung